



Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás II.

Ügyintéző: Tóth Attila

Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt iktatószám: 048/2016.

Telefonszám: +36 72501500

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) által „**Onkoterápiás fogyóanyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére**” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán Ajánlatkérő a Kbt. 56. § -ában foglaltak alapján **kiegészítő tájékoztatást** nyújt az alábbiak szerint:

Kérdés a 19. ajánlati részhez:

Elfogadja-e a kiíró egyenértékűnek a funkciójában a kiírtakkal megegyező, viszont méretében kissé eltérő termékeket (pl.: 23 cm hosszú, 0,6 ml feltöltési térfogatú csatlakozó)

Válasz a 19.1. termék vonatkozásában:

Ajánlatkérő a specifikációban a 19. ajánlati részben az alábbi specifikumot:

„6” (15 cm) hosszú, Appx 0.35 ml, smallbore Y szett 2 MicroClave Clear tű nélküli csatlakozóval, 2 elzáróval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű”

a következőre változtatja:

„15 - 23 cm hosszú, Appx 0.35-0.6 ml, smallbore Y szett 2 MicroClave Clear tű nélküli csatlakozóval, 2 elzáróval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű”


Kérdés a 19. ajánlati részhez:

6 - 7” (15 - 18 cm) hosszú Appx 0.72 ml, hármasságú szett 3 MicroClave tű nélküli csatlakozóval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű

Kérdés:

Elfogadja-e a kiíró egyenértékűnek a funkciójában a kiírtakkal megegyező, viszont méretében kissé eltérő termékeket (pl.: 12,7 cm hosszú, 0,4 ml feltöltési térfogatú csatlakozó)

Válasz a 19.3. termék vonatkozásában:



Ajánlatkérő a specifikációban a 19. ajánlati részben az alábbi specifikumot:

„6 - 7” (15 - 18 cm) hosszú Appx 0.72 ml, hármás elágazású szett 3 MicroClave tű nélküli csatlakozóval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű”

a következőre változtatja:

„12 - 18 cm hosszú Appx 0.4-0.72 ml, hármás elágazású szett 3 MicroClave tű nélküli csatlakozóval, forgó luer csatlakozással vagy ezzel egyenértékű”.

Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a 19.2. termék vonatkozásában az egyértelmű paraméterek megadása miatt a hüvelykben adott értéket törölte.

Kérdés a 20. ajánlati részhez:

Infúziós zsákokra vagy palackokra használható adapter: DEHP mentes, LATEX mentes Hossza: min. 10 cm, feltöltési térfogata: kb. 0,5 ml. Csatlakozási pontok száma: 1, Csatlakozás típusa: SmartSite vagy ezzel egyenértékű

Kérdés:

A kiírásban megjelölt referenciatermék ismeretében feltételezzük, hogy a méret előtti min. megjelölés elírás.

Elfogadja-e a kiíró egyenértékűnek a funkciójában a kiírtakkal megegyező, viszont méretében kissé eltérő terméket (8,33 cm hosszú, 0,47 ml feltöltési térfogatú adapter)

Válasz:

Ajánlatkérő a specifikációban a 20. ajánlati részben az alábbi specifikumot:

„Infúziós zsákokra vagy palackokra használható adapter: DEHP mentes, LATEX mentes Hossza: min. 10 cm, feltöltési térfogata: kb. 0,5 ml. Csatlakozási pontok száma: 1, Csatlakozás típusa: SmartSite vagy ezzel egyenértékű”

a következőre változtatja:

„Infúziós zsákokra vagy palackokra használható adapter: DEHP mentes, LATEX mentes Hossza: min. 8 cm, feltöltési térfogata: kb. 0,5 ml. Csatlakozási pontok száma: 1, Csatlakozás típusa: SmartSite vagy ezzel egyenértékű”



Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a módosított Excel táblázatot is megküldi valamennyi kapcsolattartói elérhetőségre.

Pécs, 2016. augusztus 30.

Tisztelettel,

dr. Szabó-Gothard Máté
Ajánlatkérő képviselőjeként



