

**„KERETSZERZŐDÉS UROLÓGIAI FOGYÓANYAGOK  
BESZERZÉSÉRE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM  
RÉSZÉRE 24 HÓNAPRA”**

*tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban:  
Kbt.) Második Rész szerinti nyílt*

**KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS**

**1. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**

**1. Kérdés:** 3. rész: Katéter Foley ballonos 6 CH, elfogadnak –e egyenes PUR katétert ami jobb anyag, mint a latex?

**Válasz:** Ajánlatkérő elfogadja a minimum követelményekben meghatározott alapanyagnál magasabb minőségű alapanyagot.

**2. Kérdés:** 9. rész: Katéter Tiemann ballonos 20-22 CH 100% szilikon, elfogadnak –e 1 oldal nyílású katétert, mivel ez jobban tart és ezáltal könnyebb a felvezetése.

**Válasz:** Ajánlatkérő a minimum követelményekben meghatározott 2 oldal nyílással rendelkező terméket fogadja el.

**3. Kérdés:**

**25. rész – Nephrostomy Ballon Katéter**

A műszaki specifikáció a következő előírást tartalmazza:

|                                      |                                                                                                                                                                                                            |     |    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Nephrostomiás ballonkatéter<br>10 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás<br>ballonkatéter alapanyaga 100% szilikon, katéter<br>hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 1,5 ml.<br>RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével<br>csomagolt steril. | 10  | DB |
| Nephrostomiás ballonkatéter<br>12 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás<br>ballonkatéter alapanyaga 100% szilikon, katéter<br>hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 2 ml.<br>RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével<br>csomagolt steril.   | 10  | DB |
| Nephrostomiás ballonkatéter<br>14 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás<br>ballonkatéter alapanyaga 100% szilikon, katéter<br>hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 3 ml.<br>RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével<br>csomagolt steril.   | 10  | DB |
| Nephrostomiás ballonkatéter<br>16 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás<br>ballonkatéter alapanyaga 100% szilikon, katéter<br>hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 5 ml.<br>RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével<br>csomagolt steril.   | 10  | DB |
| Nephrostomiás ballonkatéter<br>10 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás<br>ballonkatéter alapanyaga 100% szilikon, katéter<br>hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 1.5 ml.<br>RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével<br>csomagolt steril. | 125 | DB |
| Nephrostomiás ballonkatéter<br>12 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás<br>ballonkatéter alapanyaga 100% szilikon, katéter<br>hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 2 ml.<br>RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével<br>csomagolt steril.   | 105 | DB |
| Nephrostomiás ballonkatéter<br>14 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás<br>ballonkatéter alapanyaga 100% szilikon, katéter<br>hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 3 ml.<br>RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével<br>csomagolt steril.   | 60  | DB |

|                                      |                                                                                                                                                                                                          |    |    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Nephrostomiás ballonkatéter<br>16 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás<br>ballonkatéter alapanyaga 100% szilikon, katéter<br>hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 5 ml.<br>RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével<br>csomagolt steril. | 60 | DB |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|

Kérdésünk ezzel kapcsolatosan: Ajánlatkérő elfogadja-e a 30 cm-es katéter hosszúság helyett a 40 cm-es katéter hosszúságot?

Álláspontunk és tapasztalataink szerint a 40 cm-es katéter hosszúságú, 100% szilikon anyagú nephrostomás ballonkatéterek (méret: 10 Fr – 16 Fr. között) felhasználhatóságban, alkalmazhatóságban, műszaki teljesítményben nemcsak egyenértékűek a 30 cm-es katéterekkel, de ugyanolyan biztonsággal alkalmazhatóak (PTE KK Urológiai Klinika hosszú évek óta használja nagy mennyiségben, megelégedésre a 40 cm-es katéter hosszúságú nephrostomás ballonkatétereket...).

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a 30 cm-es katéterhosszúság mellett a 40 cm-es katéter hosszúság megajánlását is tegye lehetővé és a két katéter hosszúságát felhasználhatósági szempontból egyenértékűnek nyilvánítani szíveskedjen.

**Válasz: Ajánlatkérő a műszaki paraméterek meghatározásakor minimum méretet határozott (min. 30 cm), tehát lehetővé teszi a 30 cm-nél hosszabb katéter megajánlását.**

#### 4. Kérdés:

34. rész - 4-ágú (?) Dormia kosár

A műszaki specifikáció a következő előírást tartalmazza:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 4 ágú Dormia kőkosár | 4 ágú Dormia kőkosár, helicalis, hossza min. 65 cm, atraumatikus végződés, rozsdamentes acél kosár és szár könnyen kezelhető markolat kosárállapot rögzítő clip, cm-es beosztás röntgensugár fogó kosárvédő. Saft anyaga: Polyamid és speciális fluorin elasztomer vagy ezzel egyenértékű, latex mentes. <u>121°C vagy 134°C hőmérsékleten autoklávozhatók.</u> Egyesével sterilen csomagolt.<br>Méret: 3, 4, 5 Ch<br>RU 341500 vagy ezzel egyenértékű | 2 | db |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|

Az RU-341500 kódszámú, „RÜSCH” gyártmányú dormia kosár véleményünk és a gyártói katalógus (termékismertető) szerint is egyszer használatos. Ennek megfelelően nem tudjuk értelmezni a „121 C° vagy 134 C° hőmérsékleten autoklávozhatók” meghatározást. Egyszer használatos termék újra-sterilizálása egyetlen gyártónál sem engedélyezett, kifejezetten tiltott.

A gyártó prospektusában egyetlen utalás sincs arra, hogy a termék bármely része újra-felhasználható (sterilizálható) lenne, az viszont szerepel, hogy „Shaft: use once” (shaft: egyszer használd).

Valamennyi gyártó urológiai dormia kosara egyszer használatos – ennek megfelelően – egyesével sterilen csomagolt, ha sterilizálható lenne (autokláv), akkor viszont szükségtelen az „Egyesével sterilen csomagolt” feltétel, hiszen a felhasználó akkor tudja sterilizálni, amikor csak akarja, akár a közvetlen felhasználás előtt (így nem is szükséges figyelni a sterilizálási idő lejárta a csomagoláson).

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a „121 C° vagy 134 C° hőmérsékleten autoklávozhatók” meghatározást törölje a műszaki specifikációból, mivel a kért termék minden gyártónál kifejezetten és szigorúan egyszer használatos. Egyúttal kérjük, hogy – ennek megfelelően – az egyszer használatos, funkciójában mindenben megegyező termékek megajánlhatók legyenek.

**Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a termékleírásnak megfelelő paraméterekkel rendelkező egyszer használatos dormia kosarat is.**

5. Kérdés: A Termékleírás/Árazatlan költségvetés excel táblázatban a 3. rész „Katéter Foley ballonos 6 CH” sorában ajánlhatunk-e 100% szilikon anyagú, 1,5 ml-es űrméretű ballon katétert?

Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a minimum követelményben meghatározott alapanyagnál magasabb minőségű alapanyagot. Ballon űrtartalom esetén 6 Ch esetén elfogadja a min. 1,5 ml-t.


6. Kérdés: A Termékleírás/Árazatlan költségvetés excel táblázatban a 8. részt indokolt volna megbontani 5-10ml-es, és 30 ml-es részekre, a nagyobb verseny érdekében, így több Ajánlattevő is tudna indulni adott esetben külön-külön részekre. Van-e lehetőség a rész megbontására?

Válasz: Ajánlatkérő nem kívánja az eljárást további részekre bontani.

7. Kérdés: A Termékleírás/Árazatlan költségvetés excel táblázatban a 11. rész tekintetében a megnevezett katéter 2 oldalnyílással rendelkezik, ellenben a kiírással, ahol 6 oldalnyílást kérnek. Amennyiben az Ajánlatkérő a 2 oldalnyílású katéterre gondolt, abban az esetben a 11. rész teljes egészében megegyezik a 10. rész termékleírásával. Kérjük egyértelműsíteni a kiírásban tapasztalt ellentmondást.

Válasz: Ajánlatkérő piaci információja szerint a meghatározott termék 6 oldalnyílással rendelkezik:

## Urologische Spezialkatheter



### CURITY™ Hämatu-riekatheter

- silikonisiertes Innen- und Außenlumen
- gleitfähige Oberfläche
- hohe Formstabilität
- fester symmetrischer 30 ml Ballon
- 41 cm lang

- große, ovale Katheteraugen
- ideal für die kurzfristige Harndrainage (bis zu max. 5 Tagen)
- steril

| Ausführung                                                                          | REF     | PZN     | Ausführung                                                                          | REF     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>CURITY™ silikonisierte<br/>Latex-2-Wege-Verweilkatheter<br/>Nelaton, 6 Augen</b> |         |         | <b>CURITY™ silikonisierte<br/>Latex-3-Wege-Verweilkatheter<br/>Nelaton, 6 Augen</b> |         |
| Ch 18                                                                               | 1018-02 | 1193082 | Ch 18                                                                               | 1318-02 |
| Ch 20                                                                               | 1020-02 | 1255417 | Ch 20                                                                               | 1320-02 |
| Ch 22                                                                               | 1022-02 | 1255423 | Ch 22                                                                               | 1322-02 |
| Ch 24                                                                               | 1024-02 | 1256730 | Ch 24                                                                               | 1324-02 |
| <b>Couvelaire, 3 Augen</b>                                                          |         |         | <b>Couvelaire, 3 Augen</b>                                                          |         |
| Ch 18                                                                               | 1118-02 | 1258230 | Ch 18                                                                               | 1418-02 |

8. Kérdés: A Termékleírás/Árazatlan költségvetés excel táblázatban a 41. rész tekintetében a minimum 3000 ml-es cserezsákra vonatkozóan az Ajánlattevő ajánlhat-e 2000 ml-es űrméretű cserezsákot?

Válasz: Ajánlatkérő a 41. részajánlatban két féle méretű terméket kíván a szerződéses időszak alatt beszerezni, a több éves felhasználási tapasztalatok alapján szüksége van 3000 ml vagy afeletti vizeletmennyiség tárolására alkalmas termékre is.

9. Kérdés: 31. rész: Suprapubic drainage Set 12 CH

Kérdés 1: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő az ajánlatot, ha az ajánlat szikét nem tartalmaz?

Válasz: Ajánlatkérő elfogadja.

**10. Kérdés:** 32. rész: Suprapubicus / Epicystostoma szett

Kérdés 2: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő az ajánlatot, ha az ajánlat szikét nem tartalmaz?

**Válasz: Ajánlatkérő elfogadja.**

**11. Kérdés:** 33. rész: Cystofix Paed

Kérdés 3: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő az ajánlatot, ha a bevezető kanül átmérője 3,4 mm?

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a minél szélesebb körű verseny biztosítása érdekében - a szakmai felhasználást jelentősen nem befolyásoló - +/- 10% méretbeli eltérés lehetőségét biztosítsa ajánlattevők részére, jelen esetben az atraumatikusság elvét szolgáló méreteltérés figyelembevételével.

**Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a 3,4 mm bevezető kanül átmérővel rendelkező terméket is.**

**12. Kérdés:** 42. rész: Katéterdugó kék

Kérdés 4: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a piros színű katéterdugó megajánlását is?

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a minél szélesebb körű verseny biztosítása érdekében - a szakmai felhasználást jelentősen nem befolyásoló - színbeli eltérés lehetőségét biztosítsa ajánlattevők részére.

**Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a kék, piros vagy zöld színű terméket is.**

**13. Kérdés:**

Előírás:

15. rész: Katéter Mercier ballonos 18-24 CH, 3 utas 100% szilikon

Kérdés:

Elfogad-e egyenértékűnek Ajánlatkérő, „Delinotte” végződésű, egyebekben mindenben megegyező tulajdonságú katétert?

**Válasz: Ajánlatkérő abban az esetben tekinti egyenértékűnek a Delinotte végződést amennyiben kialakítása (végződés, hajlítási szög, szem elhelyezkedés) megegyezik a „Mercier” típusával.**

**14. Kérdés:**

Előírás:

18. rész: Egyszer használatos ureter katéter Nelaton, zárt végű, egy oldal nyílással, katéter hossz min. 70 cm, cm jelölés pontos helyhatározást segíti, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva. Egyesével csomagolt steril. Alapanyag: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes

Kérdés:

Elfogad-e Ajánlatkérő egyenértékűnek, minden paramétereiben megegyező, Poliuretán (PUR) orvosi minőségű alapanyagból készült katétert?

**Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a minimum követelményben meghatározott alapanyagnál magasabb minőségű alapanyagot.**

**15. Kérdés:**

Előírás:

31. rész: Megnevezés: Suprapubic drainage Set 12 CH

Műszaki követelmény: Szuprapubikus hólyagdrenázs alapkészlet.

A készlet alkotóelemei: 2 utas Suprapubic szilikon, latex-mentes katéter, min. 40 cm, 2 utas, ballon űrtartama: 5-10 ml. Trokár szövetkímélő éles véggel + hüvely + szike  
Méretek: 10 - 16 ch

Kérdés:

A 31. rész megnevezésében Suprapubic drainage set 12 Ch méret szerepel.

A Műszaki követelmények viszont 10-16 Ch méretet írnak elő.

Kérjük Ajánlatkérő egyértelmű pontosítását a méretek vonatkozásában.

**Válasz: A megnevezés oszlopban gépelési hiba történt, helyes méret tartomány 10 – 16 Ch.**

**16. Kérdés:** Az Ajánlati felhívásban és a Mellékletekben (word dokumentum) az egyes részek tekintetében az Ajánlatkérő értékelési résszempontként a „Szállítási határidő sürgős esetben”, maximum 4 munkanapot, ugyanakkor az Ajánlati Dokumentáció 14. pontjában lévő táblázatban ugyanennél az értékelési résszempontnál maximum 3 munkanapot ír elő, ráadásul a 14.1.4. pontban újra 4 munkanapot ír. Tisztelettel kérjük az ellentmondás feloldását.

**Válasz:** A Közbeszerzési Dokumentum 14. pontjában lévő táblázatban a „Szállítási határidő sürgős esetben” értékelési résszempontnál maximum 3 munkanap előírás vonatkozásában előírás történt, Ajánlatkérő ezen előírást semmisnek tekinti és a „Szállítási határidő sürgős esetben” értékelési résszempont esetében a maximum 4 munkanap előírást tekinti mérvadónak.

Felhívjuk T. Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentum 3. oldalán az alábbiakat írta elő:

*„Amennyiben az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok között ellentmondás merül fel, úgy az ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni.”*

A Közbeszerzési Dokumentum 6. oldalán pedig az alábbiakat írta elő:

*„3.6. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum valamely eleme az ajánlat felhívástól vagy a Kbt. rendelkezéseitől eltér, vagy a közbeszerzési dokumentumon belül ugyanaz az adat több ponton eltérően szerepel, abban az esetben az Ajánlatkérő – ha az ellentmondást vagy többlet előírást maga észleli vagy bármelyik ajánlattevő erre a figyelmét felhívja – a közbeszerzési dokumentum hibás részét kiegészítő tájékoztatás során semmissé nyilvánítja.”*

### **Tájékoztatás ajánlattételi határidő meghosszabbításáról**

Az ajánlattételi határidőt Ajánlatkérő 2016. szeptember 16. napja 11:00 órájában határozta meg, melynek helyszínéül Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd 7622 Pécs, Jogász u. 6. II. em. 5. számú irodáját lett meghatározva.

Ajánlatkérő a beérkezett kérdésekkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra tekintettel a közbeszerzési dokumentumot (műszaki leírást) módosítja, így az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel megadása érdekében az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban **meghosszabbítja**.

Ajánlatkérő jelen tájékoztatásban foglaltakra figyelemmel KÉ. 10946/2016. számon módosító hirdetmény feladása iránt intézkedett a mai napon. Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban megjelölt URL címen a módosító hirdetmény megjelenésének napján elérhetővé teszi Gazdasági szereplő számára a módosított Közbeszerzési Dokumentumokat.

Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt **2016. szeptember 26. napja 11:00 órájában** határozza meg.

Az ajánlatok benyújtásának helyszínére vonatkozóan továbbra is az Ajánlati felhívás IV.2.7) pontja szerint meghatározott információk irányadók.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

P é c s, 2016. szeptember 9.

Tisztelettel:

Az Ajánlatkérő és a lebonyolító képviselőjében:

DR. TURI ÁKOS  
Ügyvéd  
7620 Pécs, Török u. 11-13.  
Tel: 72/511-436 Fax: 72/511-435  
Adószám: 5080 435-2-22

Dr. Turi Ákos  
- ügyvéd -