

**Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési Főigazgatóság
Közbeszerzési Főosztály**

Bíróné Dr. Czeininger Mariann részére

Tárgy: Észrevétel megküldése a "Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részér" tárgyú eljárásra vonatkozó vitarendezési kérelemre

Tisztelt Ajánlatkérő!

Hivatkozással a 2017. június 7-én honlapjukon megjelent (https://pte.hu/tartalom/kozerdeku_adatok_uvegzezh) vitarendezési kérelemre az alábbi észrevételt tesszük.

1. Kérelmi elem:

Moduláris monitornak az tekinthető, mely egy olyan betegőrző rendszer, melybe igény szerint paraméter modulok behelyezhetők és kivehetőek. A Mindray BeneView T1 TDS dokkoló állomással egy olyan, egyébként több gyártó kínálatában elérhető monitorozási megoldást takar, mely egy 19"-os érintő képernyőből és hozzá tartozó dokkoló állomásból áll, melybe igény szerint paraméter modulok és transzport modul behelyezhetők és kivehetőek.

2. Kérelmi elem:

A BeneView T1 transzport modul transzport célokat szolgáló hordkerete, mely hordfüllel rendelkezik a modullal szerves egységet képez, mellyel együtt a BeneView T1 transzport modul és más kiegészítő modul is a transzport után a dokkoló egységbe helyezhető. Álláspontunk szerint ez műszakilag egyenértékű megoldást takar.

Budapest, 2017. június 8.

ANAMED KFT.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Tel.: (1) 220-9236 Fax: (1) 221-5531
Adószám: 10737956-2-42
0-3


Virág Krisztina
cégvezető