



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre  
Ügyintéző: Onhausz Nikolett  
Telefonszám: 72/501-500/22760

*Tisztelt Ajánlattevő!*

A Pécsi Tudományegyetem által „*Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül*” tárgyban, 2016/S 253-465691 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban 2017. január 10. napjáig megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

**1.Kérdés - 10. Ajánlati rész – Defibrillátor (hordozható)**

Elvárt műszaki paraméter: Feltöltési idő 200J-ra max. 5 sec

Elfogadja-e a kiíró, vagy egyenértékűnek tekinti-e olyan készülék megajánlását, amelyiknél a feltöltési idő 200J-ra 7 sec?

**1.Válasz:** Ajánlatkérő elvárása: feltöltési idő 200J-ra max. 5 sec, így a 7 sec feltöltési időt Ajánlatkérő nem fogadja el, illetve ezen paraméter esetében a 7 sec feltöltési időt nem tekinti egyenértékűnek.

**2.Kérdés - 10. Ajánlati rész – Defibrillátor (hordozható)**

Elvárt műszaki paraméter: Készülék súlya max. 7 kg

Elfogadja-e a kiíró, vagy egyenértékűnek tekinti-e olyan készülék megajánlását, amelyiknek a súlya 7,2 kg?


**2. Válasz:** Ajánlatkérő elvárása: készülék súlya max. 7 kg, így a 7,2 kg-os készülék súlyt Ajánlatkérő nem fogadja el, illetve ezen paraméter esetében a 702 kg súlyt nem tekinti egyenértékűnek.

**3. Kérdés:** A 26. ajánlati részben (Pneumatikus közúzó) az elvárt műszaki paraméterek közül a negyedik kitétel, hogy a készülék működése kivehető nagynyomású széndioxid gáz patronnal történjen. Kérdésünk, hogy miért ragaszkodnak ehhez a kivitelhez, illetve - ehhez kapcsolódóan - elfogadnak-e elektromechanikai működtetésű készülékekre is ajánlatot. Ez utóbbi is létezik hordozható kivitelben, újratölthető akkumulátorral, és számos műszaki előnnyel bír a széndioxid gáz patronos kivitelhez képest.

**3. Válasz:** Ajánlatkérő szakmai elvárása „a készülék működése kivehető nagynyomású széndioxid gáz patronnal történik”, amely elváráson az eszköz orvos-szakmai használatát figyelembe véve módosítani nem kíván.

Pécs, 2017. január 10.

Tisztelettel,

  
Dr. Teszlerne Dr. Csécsai Henrietta  
Ajánlatkérő képviselőjeként  
Dr. Szabó-Gotnár Máté  
Közbeszerzési főosztályvezető