



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 6.
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által **„Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül** tárgyban, 2016/S 253-465691 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban az 5. számú kiegészítő tájékoztatást követően megküldött kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő az alábbi választ adja:

1. Kérdés: A 10. rész EKG készülék, 3 csatornás kapcsán értékelési szempont a „Mintavételi frekvencia min. 1000 Hz”. Jól értelmezzük, hogy Ajánlatkérő az általános EKG módban használatos maximális mintavételi frekvenciára kérdez rá és nem az EKG-k többségénél elérhető speciális pacemaker üzemmódban elérhető mintavételi frekvenciára?

1.Válasz: Igen, Ajánlattevő értelmezése helyes.

Pécs, 2017. február 6.

Tisztelettel,


Dr. Teszlerné Dr. Csécsei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőként