



Tárgy: válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre – 7.
Ügyintéző: Onhausz Nikolett
Telefonszám: 72/501-500/22760

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem által „*Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a Modern Városok Program keretein belül*” tárgyban, 2016/S 253-465691 TED azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban a 6. számú kiegészítő tájékoztatást követően beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő az alábbi választ adja:

1. Kérdés: 15. ajánlati rész: Arthroscopos torony tartozékaival - Ajánlatkérő elvárása: „3 chip-es sterilizálható HD kamerafej”

Kérjük, Ajánlatkérő pontosítsa mit ért konkrétan a „sterilizálható”, nem egyértelműen értelmezhető követelmény alatt?

1.Válasz: Ajánlatkérő pontosított elvárása: Sterilizálható avagy autoklávozható, azaz gőz sterilizátorban sterilizálható.

Pécs, 2017. február 8.

Tisztelettel,


Dr. Teszlerne Dr. Csécsei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként

