

Melléklet: 1 db vitarendezési
kérelem
1 db észrevétel

Tárgy: válasz előzetes vitarendezésre

Tisztelt Ajánlattevő!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint Ajánlatkérő által az „**Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére**” tárgyban (2017/S 081-155874) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) Második Rész szerint indított közbeszerzési eljárásban a MEDIREX Zrt. 1142 Budapest, Szatmár utca 46/a. (a továbbiakban: Kérelmező) a Kbt. 80.§ (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással 2017. június 7. napján, az Ajánlatkérő által a tárgyi eljárásban a 2017.06.06. napján kiküldött összegezésben foglaltakkal kapcsolatosan előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyet valamennyi Ajánlattevő részére e-mailen jelen válasz mellékleteként megküldünk. Ajánlatkérő Kérelmező álláspontját az alábbiakban ismerteti, valamint az jelen levél mellékleteként valamennyi Ajánlattevő részére megküldésre kerül.

Kérelmező az előzetes vitarendezési kérelmében előadott indokok alapján kérte a Kbt. 80.§ (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva, valamint a 80.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az eljárást lezáró döntés felülvizsgálatát, és az Anamed Kft. 2. ajánlati rész tekintetében tett ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását.

Az Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakra tekintettel a Kbt. 80. §-a alapján az ott írt törvényes határidőn belül az alábbi

v á l a s z t


adja:

Ajánlatkérő a Kérelmező által előterjesztett előzetes vitarendezési kérelemben foglaltaknak nem tud helyt adni.

A MEDIREX Zrt. előzetes vitarendezési kérelmében az alábbiakat adta elő:

- 1. Anamed Kft. a 2. részajánlati körben BeneView T1 (TDS dokkoló állomással) nevezetű terméket ajánlott a moduláris monitor elnevezésű termék kapcsán (Anamed Kft. ajánlata 11. oldal). A BeneView T1 termék egy 5"-os kijelzővel rendelkező, transzport monitor funkciókat is ellátni képes multi-paraméter modul, amelyhez valóban elérhető a TDS elnevezésű dokkoló állomás.*

Piaci információink alapján egyértelmű, hogy a megajánlott termék (BeneView T1 (TDS dokkoló állomással) – amely a gyártó http://www.mindray.com/en/product/BeneView_TDS.html honlapján is megtekinthető) nem teljesíti az alábbi, Ajánlatkérő által támasztott elvárásokat, amelyek egyértelműen



egy önálló moduláris, min. 15"-os érintőképernyővel rendelkező betegőrző monitorra vonatkoznak és nem az előírásokban egyébként szintén szereplő min. 5"-os kijelzővel rendelkező multi-paraméter modulra:

Moduláris betegőrző monitor, amely a későbbiekben további modulokkal továbbfejleszthető	Igen	
Színes LCD/TFT érintőképernyő min. 15"	Igen	
Egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék, csatornák száma (nem összes EKG elvezetés módban) min. 8	Igen	
Magyar nyelvű szoftver	Igen	
Újszülött/gyermek és felnőtt üzemmódok	Igen	
Központi monitorrendszerbe köthető	Igen	
Hálózati és akkumulátoros üzemmód	Igen	
Akkumulátoros üzemmód min. 120 perc	Igen	
Monitor súlya max. 12 kg	Igen	

Nem értjük, hogy a megajánlott 5"-os kijelzővel rendelkező multi-paraméter modul és a hozzá csatlakoztatható dokkoló munkaadóállomás hogyan teljesítik az Anamed Kft. által megajánlott paraméterek között megadott 19"-os színes érintőképernyős moduláris monitor terméket, amely a fent felsorolt további elvárásoknak is megfelel.

2. A 2. részajánlati körben a „Transzport esetén önállóan is használható, kijelzővel rendelkező multi-paraméter modul minden monitorhoz” eszköz kapcsán értékelési szempont volt a „Beépített hordfűl, amellyel együtt a moduláris monitorba helyezhető” paraméter, amelyre Anamed Kft. „igen” választ adott.

Piaci információink alapján egyértelmű, hogy a megajánlott termék (BeneView T1 (TDS dokkoló állomással) – amely a gyártó http://www.mindray.com/en/product/BeneView_TDS.html honlapján is megtekinthető) nem teljesíti az értékelési szempontot.

A BeneView T1 típusú multi-paraméter modul nem rendelkezik beépített hordfűlrel, arra a gyártónak kizárólag külsőleg rászerelhető vagy a TDS dokkolóegységre épített megoldása van.

Az értékelési szempont második részének teljesülése pedig egyszerűen értelmezhetetlen, hiszen a megajánlott termékek között nem szerepel moduláris monitor, amelybe a megajánlott, de álláspontunk szerint beépített hordfűlrel nem rendelkező BeneView T1 multi-paraméter modul behelyezhető lenne.

Összegezve, az Anamed Kft. által moduláris monitorként megajánlott termék az 1. pontban foglaltak szerint nem teljesíti Ajánlatkérő minimum elvárásait, valamint a 2. pontban foglalt, a felolvasólapon is szereplő – és tudomásunk szerint utólagosan nem is módosítható – ajánlati paraméter (értékelési szempont) sem teljesül, így álláspontunk szerint az Anamed Kft. ajánlata érvénytelen.



Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az előzetes vitarendezésünkben foglaltak alapján módosítsa a 2017. 06. 06-án megküldött írásbeli összegezést a 2. részajánlati kör vonatkozásában, érvénytelenítse az Anamed Kft. ajánlatát és cégünk, a Medirex Zrt. ajánlatát hirdesse ki a 2. részajánlati kör nyerteseként.

Az Anamed Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 29.) 2017.06.08. napján észrevételeket tett az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakra. Ajánlatkérő az Anamed Kft. álláspontját az alábbiakban ismerteti, valamint az jelen levél mellékleteként valamennyi Ajánlattevő részére megküldésre kerül.

Hivatkozással a 2017. június 7-én honlapjukon megjelent (https://pte.hu/tartalom/kozerdeku_adatok_uvegzeb) vitarendezési kérelemre az alábbi észrevételt tesszük.

1. Kérelmi elem:

Moduláris monitornak az tekinthető, mely egy olyan betegőrző rendszer, melybe igény szerint paraméter modulok behelyezhetőek és kivehetőek. A Mindray BeneView T1 TDS dokkoló állomással egy olyan, egyébként több gyártó kínálatában elérhető monitorozási megoldást takar, mely egy 19"-os érintő képernyőből és hozzá tartozó dokkoló állomásból áll, melybe igény szerint paraméter modulok és transzport modul behelyezhetőek és kivehetőek.

2. Kérelmi elem:

A BeneView T1 transzport modul transzport célokat szolgáló hordkerete, mely hordfüllel rendelkezik a modullal szerves egységet képez, mellyel együtt a BeneView T1 transzport modul és más kiegészítő modul is a transzport után a dokkoló egységbe helyezhető. Álláspontunk szerint ez műszakilag egyenértékű megoldást takar.

A fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő a „Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Anamed Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 29.) 2. ajánlati részre tett ajánlatát továbbra is érvényesnek tekinti. Ajánlatkérő a 2017.06.06. napján kelt eljárást lezáró döntésében foglaltakat továbbra is fenntartja, a kiküldött összegezésben foglaltakon Ajánlatkérő változtatni nem kíván.

Kérjük álláspontunk tudomásul vételét.

Ezúton tájékoztatjuk vitarendezési kérelemre adott válaszunkról az eljárásban részt vevő további Ajánlattevőket is.

Pécs, 2017. 06. 09.

Tisztelettel:

.....
dr. Teszlerné Dr. Csécsei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként