

Ajánlatkérő:
Pécsi Tudományegyetem,
Vasvári Pál utca 4.
7622

Gazdasági Főigazgatóság Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság
Szántó Kovács János u. 1/b. 316. iroda
7633

VilyevácZ József Közbeszerzési Osztályvezető
Éreth Attila

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem a Kbt. 79. §-a alapján

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott, **Kovács Éva Zsuzsanna ügyvezető igazgató**, mint az **ALLEGRO KFT. -** (cégjegyzékszám: 01-09- 167930, székhely: 1045 Budapest, Berlini út 47-49, képviseli: Kovács Éva Zsuzsanna ügyvezető) **SANAMÖBEL KFT.** (cégjegyzékszám: 10-09-022211, székhely: 3396 Kerecsend, Füzesabonyi u. 75-79., képviseli: Mohácsi Lajos ügyvezető) **Közös Ajánlattevők meghatalmazott képviselőjeként**, akik a "Szállítási szerződés a PTE „400 ágyas klinika” épületének átalakításához és bővítéséhez kapcsolódó bútorszállítására és üzembe helyezésére” közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként ajánlatot nyújtottak be, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 79. §-a alapján az alábbi előzetes vitarendezési kérelmet terjesztjük elő:

A fentiekben rögzített közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeképpen összegzést készített, melyet 2014. év március hó 28. napján küldött meg az eljárásban érintett ajánlattevők számára. Az összegzésben rögzítettek alapján Ajánlatkérő az **Office Depot Hungary Kft.** (1146 Budapest, Szabó József u. 6) - **Quick-Tech Kft.** (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 5. fsz. 3.) **Közös Ajánlattevők** ajánlatát érvényesnek nyilvánította a **1. és a 6. részajánlati körök** esetében.

Társaságunkhoz a hivatkozott összegzés 2014. év március hó 28. napján, elektronikus úton érkezett be.

Az összegzés áttekintését követően, az Allegro Kft. – Sanamöbel Kft. Közös Ajánlattevők, 2014. év április hó 3. napján előterjesztették az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők pályázatba történő betekintési kérelmüket Ajánlatkérő felé, mely alapján Ajánlatkérő 2014. év április hó 8. napján biztosította az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők pályázatának megtekintését.

Fentiekben hivatkozott betekintés során az alábbi szabálytalanságokat észleltük az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők ajánlatában:

I.

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők **Kbt. 40. § (1) bekezdésre** vonatkozóan tett **nyilatkozatukban** megjelölték, hogy a **Pro-Klinimed Kft.-t** (2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné út 31.) és a **Proma Reha, s.r.o. –t** (Riegrova 342, 552 03 Ceska Skalice, Czech Republic, EU), **mint 10% alatti alvállalkozó kívánja a teljesítésbe bevonni**, a következők szerint megadott feladatok ellátásával: **gyártás, szállítás, üzembe helyezés.**

A **Kbt. 55. §** értelmében tett nyilatkozatuk alapján **megállapítást nyert**, hogy **nevezett két-, 10% alatti alvállalkozóként jelölt szervezet kapacitására is támaszkodnak** a közös ajánlattevők az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében. A kapacitásukra való támaszkodást alvállalkozóként történő igénybevitelük elvi síkon lehetővé teszi.

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők ajánlatuk **52. oldalán** a **Gyógyszerelő kocsi gyártójaként a Pro-Klinimed Kft.-t** jelölte.

Előadjuk, hogy a **Pro-Klinimed Kft.-t** (2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné út 31.) **nem gyártója a megajánlott gyógyszerelő kocsinak** (Avalo ACM), **ugyanis azt a Capsa Solutions, LLC megnevezésű gyártó gyártja.**

Ezzel a közös ajánlattevők a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tettek.

Előbbi tényállás okán a további tényszerű megállapításokat is szükséges megtenni:

A **Kbt. 40. § (1) bekezdésére** figyelemmel az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők által megtett **nyilatkozat fentiek alapján valótlan állít**, ugyanis a Pro-Klinimed Kft. **feladatai között a gyártás is megjelölésre került, melyet azonban nem a Pro-Klinimed Kft. végez**, hanem a Capsa Solutions, LLC.

Ezen felül, az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők által a **Kbt. 40. § (1) bekezdésére** figyelemmel megtett nyilatkozat a **Pro-Klinimed Kft. és a Proma Reha, s.r.o. esetében is az alábbi feladatokat jelöli meg, mint alvállalkozói feladatok:**

gyártás, szállítás és beüzemelés

Logikusan és értelemszerűen következik a tény, miszerint, ha **egy szervezet gyárt, beüzemel és szállít is**, akkor a közbeszerzéshez viszonyított igénybevitel mértéke mindenképpen **meghaladja a 10%-ot**. Azonban Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők **nevezett szervezeteket 10% alatti igénybevitelű alvállalkozóként jelölték, mellyel valótlan állítanak.**

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők által **Kbt. 40. § (1) bekezdésére** vonatkozóan megtett nyilatkozata **nincs összhangban a Kbt. 55. §** paragrafusára irányulóan becsatolt nyilatkozattal, ugyanis ott a **fentiekben hivatkozott feladatok** (gyártás, szállítás és beüzemelés) **még egy továbbival egészültek ki: szakmai tanácsadás.** Ez a tény még inkább alátámasztja fenti megállapításunkat, miszerint ha egy szervezet gyárt, beüzemel,

szállít, és még szakmai tanácsot is ad, akkor a közbeszerzéshez viszonyított igénybevétel mértéke mindenképpen meghaladja a 10%-ot.

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők ajánlatának **52. oldalán** található a **Gyógyszerelő kocsi műszaki specifikációja**, mely a **Pro-Klinimed Kft.-t gyártóként nevesíti.**

Mint ahogyan azt előbbiekben is előadtuk, a **Pro-Klinimed Kft.-t** (2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné út 31.) **nem gyártója a megajánlott gyógyszerelő kocsinak** (Avalo ACM), **ugyanis azt a Capsa Solutions, LLC megnevezésű gyártó gyártja.** Ezzel a közös ajánlattevők **a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tettek.**

Ezen felül előadjuk, hogy a megajánlott Avalo ACM típusú gyógyszerelő kocsi vonatkozásában Allegro Kft. – Sanamöbel Kft. közös ajánlattevők szintén ajánlatot kértek a Pro-Klinimed Kft.-től (2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné út 31.), akinek ajánlatát azonban jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozóan nem tudták elfogadni, hiszen a cég képviselőjében eljáró ügyvezető igazgató **2014. év január hó 21. napján, a jelen dokumentum mellékleteként csatolt elektronikus levelezésben (1. sz. melléklet) nyilatkozta, hogy a szóban forgó termék nem teljesíti maradéktalanul a vele szemben támasztott minimum feltételeket, azaz:**

Minimumfeltétel:

„Mín. 3 db, egyenként min. 12 db rekeszt tartalmazó fiókkal”

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők által megajánlott termék ezt a paramétert **nem teljesíti, hiszen annak paraméterei szerint: 3 rekesz x 9 fiók + 9 egyedi fiók.** Ezzel a közös ajánlattevők **a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tettek.**

Tekintettel a feltárt körülményekre, valamint az eljárás jelenlegi szakaszára, véleményünk szerint az ajánlat jelenlegi formájában **érvénytelen.**

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt a megfelelő lépések megtételére.

II.

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők ajánlatának **39. oldalán** található a **Műtői rozsdamentes bútorok műszaki specifikációja**, mely a **Palmedico Kft.-t gyártóként nevesíti**, és alábbiakat rögzíti:

Nyerges altatószék minimumfeltétel:

„ülésmagasság állítás tartománya: legalább 600-760 mm között”

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők válasza:

„510-740 mm”

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők válasza a hiánypótlásban:

„600-760 mm”

Előadjuk, hogy a Palmedico Kft. (1125 Budapest, Tusnádi utca 16) nem gyártja jelen termékeket, pusztán csak forgalmazza azokat. Ezzel az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft közös ajánlattevők **a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tettek.**

Az Allegro Kft. – Sanamöbel Kft. közös ajánlattevők szintén ajánlatot kértek a Palmedico Kft.-től, akinek ajánlatát azonban jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozóan nem tudták elfogadni, ugyanis megállapítást nyert, hogy a **Palmedico Kft. által megajánlani tudott termékek nem felelnek meg teljes mértékben a műszaki specifikációban rögzített feltételeknek, melyek közül különösen kiemeljük a nyerges altatószékkal szemben elvárt magasságállíthatóság tartományát, melyet Ajánlatkérő „legalább 600-760 mm között” határozott meg, ugyanis a Palmedico Kft. által forgalmazott és ezáltal megajánlott termék esetében pusztán 510-740 mm közötti állítási tartomány biztosított.**

Ezáltal – figyelembe véve a benyújtott hiánypótlásokat is – ki kell jelenteni, hogy az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft közös ajánlattevők **a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tettek.**

Tekintettel a feltárt körülményekre, valamint az eljárás jelenlegi szakaszára, véleményünk szerint az ajánlat jelenlegi formájában érvénytelen.

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt a megfelelő lépések megtételére.

III.

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők ajánlatának 48. oldalán található az **Ágyazó keret** műszaki specifikációja, mely a **Medigor-t gyártóként** nevesíti.

Előadjuk, hogy nem a Medigor Bt. (8200 Veszprém, Bezerédi utca 2.) gyártja az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők által megajánlott Pegaso-150 típusú terméket, pusztán csak forgalmazza azokat. Ezzel az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft közös ajánlattevők **a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tettek.**

Tekintettel a feltárt körülményekre, valamint az eljárás jelenlegi szakaszára, véleményünk szerint az ajánlat jelenlegi formájában érvénytelen.

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt a megfelelő lépések megtételére.

IV.

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők ajánlatának 49. oldalán található a **Betegtoló kocsi ülő/fekvő műszaki specifikációja**, mely a **Rehab Zrt.-t gyártóként** nevesíti.

Előadjuk, hogy az Allegro Kft. – Sanamöbel Kft. közös ajánlattevők szintén ajánlatot kértek a Rehab Zrt.-től, mely során megállapítást nyert, hogy az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők által is megajánlott B4205 típusú termék nem a minimum követelményként meghatározott gázrugós mechanikával teszi lehetővé a háttámla

állítását, hanem reteszelő mechanikával.

Az Allegro Kft. – Sanamöbel Kft. közös ajánlattevők ajánlatukban ezt kellő körültekintéssel tudatták Ajánlatkérővel, melyet azonban az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők nem tettek meg. Ezzel az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft közös ajánlattevők **a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tettek.**

Tekintettel a feltárt körülményekre, valamint az eljárás jelenlegi szakaszára, véleményünk szerint az ajánlat jelenlegi formájában **érvénytelen.**

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt a megfelelő lépések megtételére.

V.

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők ajánlatának **51. oldalán** található a **Vizsgálóasztal műszaki specifikációja**, mely az **Ultrigel Hungary 2000 Kft.-t** gyártóként nevesíti.

Előadjuk, hogy **nem az Ultrigel Hungary 2000 Kft.** (1211 Budapest, Tekercselő utca 12.) gyártja az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők által megajánlott **Italy Color** típusú vizsgálóasztalt, **pusztán csak forgalmazza azokat.** Ezzel az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft közös ajánlattevők **a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tettek.**

Tekintettel a feltárt körülményekre, valamint az eljárás jelenlegi szakaszára, véleményünk szerint az ajánlat jelenlegi formájában **érvénytelen.**

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt a megfelelő lépések megtételére.

Az **Ultrigel Hungary 2000 Kft.** (1211 Budapest, Tekercselő utca 12.) gyártóként való megjelölése által további súlyos jogsértések feltárása is szükséges:

Mivel az **Ultrigel Hungary 2000 Kft.** (1211 Budapest, Tekercselő utca 12.) **nem gyártja a szóban forgó terméket, és nem is kizárólagos forgalmazója**, ezáltal – fentiekől való eltekintés esetén is - **alvállalkozónak minősülne** a teljesítésbe való bevonása által, azonban az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők **nem jelölték nevezett szervezetet alvállalkozóként.**

Mivel – szintén fenti eltekintés esetén – **alvállalkozónak minősülne az Ultrigel Hungary 2000 Kft.** (1211 Budapest, Tekercselő utca 12.), így már **rá is vonatkoznak a kizáró okok**, és a **2013.11.27-én, 0100-3Vh.400.950/2013/2. ügyszámon jogerősen bejegyzett végrehajtási eljárás** tekintetében **2013.11.17 óta az Ultrigel Hungary 2000 Kft.-vel szemben** (1211 Budapest, Tekercselő utca 12.) **a kizáró okok fennállnak!**

Az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft közös ajánlattevők a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkoztak, hogy a szerződés teljesítéséhez **nem vesz igénybe** az 56. § szerinti kizáró

okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

Mindezzel az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft közös ajánlattevők súlyosan megsértették a Kbt. kógens szabályait, továbbá a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tettek.

Tekintettel a feltárt körülményekre, valamint az eljárás jelenlegi szakaszára, véleményünk szerint az ajánlat jelenlegi formájában **érvénytelen.**

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt a megfelelő lépések megtételére.

Fentiekben leírtak alapján,

K É R J Ű K

a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Kbt. 78. § (1) bekezdése és jelen előzetes vitarendezési kérelemben feltártak alapján az írásbeli összegzést módosítani szíveskedjen akként, hogy az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők által benyújtott ajánlat **érvénytelenségét megállapítja.**

Ezen felül kérjük, hogy a tisztelt Ajánlatkérő tegye meg a szükséges lépéseket az Office Depot Hungary Kft. - Quick-Tech Kft. Közös Ajánlattevők ajánlatában feltártakkal kapcsolatban.

Mellékletek:

1. számú melléklet – levelezés:

1. a.) melléklet: 2014.01.07-i elektronikus levél, melyben a Pro-Klinimed Kft. ajánlatot tesz – többek között – gyógyszerelő kocsi vonatkozásában.
1. b.) melléklet: 2014.01.07-i elektronikus levél mellékleteként csatolt, kitöltött műszaki specifikáció (mely később érvénytelenítésre került!) a gyógyszerelő kocsira vonatkozóan.
1. c.) melléklet: 2014.01.21-i elektronikus levél, mellyel a Pro-Klinimed Kft. képviseletében eljáró ügyvezető érvényteleníti 2014.01.07-i ajánlatát a gyógyszerelő kocsi vonatkozásában.

Kelt:

Budapesten, 2014. év április hó 11. napján

ALLEGRO 3.
Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft
1045 Budapest, Berlini u. 47-49
Telefón: 350-21-07. Telefax: 329-18-54
MKB Rt: 10300002-20208217-00003285
Adószám: 10361863-2-41



Kovács Éva Zsuzsanna
ügyvezető
Allegro Kft.

Allegro Kft. – Sanamöbel Kft. Közös Ajánlattevők¹

¹ Az Allegro Kft. – Sanamöbel Kft. Közös Ajánlattevők ajánlatának 7. oldalán csatolt képviseleti meghatalmazás alapján.

1. a.) melléklet

From: dr. Patócs László [mailto:patocsl@pro-klinimed.hu]

Sent: Tuesday, January 07, 2014 3:44 PM

To: Galacz Géza

Subject: RE: Elérhetőség

Tisztelt Galacz Géza!

Csatolva küldöm az anyagokat.

Üdvözlettel:

dr. Patócs László

ügyvezető igazgató

Pro Klinimed XXI Kft.

Társa az ápolásban és a terápiában!

2023 Dunabogdány

Erzsébet királyné u. 31.

Tel.: +36 26 390 441

Fax: +36 26 390 476

Mobil: + 36 20 938 2128

E-mail: patocsl@pro-klinimed.hu



Artronic Medication
carts HU.pdf



CE magyar
Capsa.pdf



Modositott specifika
ciok gyogyszerelokoc

1. b.) melléklet

Gyógyszerelő kocsi

Megnevezés: Gyógyszer elosztó kocsi

Össz. darabszám: 35 db

Ajánlattevő neve:

Gyártó: Capsa Solutions

Megajánlott termék típusa: Avalo ACM gyógyszerelő kocsi

| Jellemző adatok, paraméterek | Igény | Megajánlott termék paramétere |
|---|-------|--|
| Mosható, fertőtleníthető, anyagában színezett műanyagból készült szekrényttest | Igen | Igen, mosható, fertőtleníthető, anyagában színezett műanyagból készült szekrényttest |
| Lekerekített élek és sarkok a könnyű tisztántarthatóság érdekében | Igen | Igen, lekerekített élek és sarkok a könnyű tisztántarthatóság érdekében |
| Alul a sarkoknál ütközősávokkal | Igen | Igen, alul a sarkoknál ütközősávokkal |
| A szekrényttesttel egybeöntött toló fogantyú az egyik oldalon | Igen | Igen, a szekrényttesttel egybeöntött toló fogantyú az egyik oldalon |
| Min. 3 db, egyenként min. 12 db rekeszt tartalmazó fiókkal | Igen | Igen, 12 fiók, összesen 36 db rekesz |
| Minden egyes rekesznek külön fogantyúja van, amelyeken a névtáblák/feliratok is elhelyezhetők | Igen | Igen, minden egyes rekesznek külön fogantyúja van, amelyeken a névtáblák/feliratok is elhelyezhetők |
| Az egyes rekeszekben osztások legyenek az elválasztók beillesztésére. Ezek az elválasztók is felcímkézhetők | Igen | Igen, az egyes rekeszekben osztások legyenek az elválasztók beillesztésére. Ezek az elválasztók is felcímkézhetők. |
| A rekesztartó fiókok zárhatók, így a rekeszek nem vehetők ki | Igen | Igen, a rekesztartó fiókok zárhatók, így a rekeszek nem vehetők ki |
| Egy központi zár akadályozza meg az egyes fiókok kivételét | Igen | Igen, központi zár akadályozza meg az egyes fiókok kivételét |
| A fiókok kis görgőkön mozgathatók, kiesés elleni védelemmel ellátva | Igen | Igen, a fiókok kis görgőkön mozgathatók, kiesés elleni védelemmel ellátva |
| A kocsi felsőrésze nagy munkafelületet biztosít: min. 70x40 cm, Magassága a földtől mérve: min. 90 cm | Igen | Igen, a kocsi felsőrésze nagy munkafelületet biztosít: min. 70x40 cm, magassága a földtől mérve: 103 cm |
| A munkafelület 4 oldalról peremezett | Igen | Igen, a munkafelület 4 oldalról peremezett |
| A munkafelületnek min. 20kg-os terhelést is ki kell bírnia | Igen | Igen, a munkafelület 25kg-os terhelést bír ki |
| A munkafelület alatt a keretben egy kihúzható munkalap legyen | Igen | Igen, a munkafelület alatt a keretben egy kihúzható munkalap van |
| 4 db, min 120 mm-es forgószámolyos kerék | Igen | Igen, 4 db, 120 mm-es forgószámolyos kerék |
| A kihúzható lap alatt az oldalfalra erősítve egy min. 10 literes szemetest kell elhelyezni | Igen | Igen, a kihúzható lap alatt az oldalfalra erősítve egy 10 literes szemetes van |
| A kocsi mérete: szélesség min. 53 cm, max. 90cm +10% hosszúság 60cm +/- 10% magasság min. 103 cm | Igen | Kocsi mérete: Szélesség 96 cm Hosszúság: 61 cm Magasság: 110 cm |

1. c.) melléklet

From: dr. Patócs László [<mailto:patocsl@pro-klinimed.hu>]
Sent: Tuesday, January 21, 2014 1:16 PM
To: Wolf Péter
Subject: RE: Pécs 400 ágyas

Tisztelt Wolf Úr!

Csatolva küldöm a kért dokumentumokat.
Továbbá kérem, hogy a gyógyszerelő kocsira vonatkozó ajánlatunkat tekintse semmisnek, mivel egy pontban nem felel meg a kiírásnak.

Üdvözlettel:

dr. Patócs László
ügyvezető igazgató
Pro Klinimed XXI Kft.
Tarsa az apórában és a terápiában!
2023 Dunabogdány
Erzsébet királyné u. 31.
Tel.: +36 26 390 441
Fax: +36 26 390 476
Mobil: + 36 20 938 2128
E-mail: patocsl@pro-klinimed.hu