

**Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóság Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság**

7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 316.

Közbeszerzési Osztály

E-mail cím: kozbeszerzes@pte.hu

Fax: +36 72536345

**Éreth Attila részére**

Az eljárás nyilvántartási száma: 2013/S 216-375511

Az eljáráshoz rendelt elnevezés: „*Szállítási szerződés a PTE „400 ágyas klinika” épületének átalakításához és bővítéséhez kapcsolódó bútorszállítására és üzembehelyezésére*”

**Tárgy:** A Kbt. 79. §-a szerinti előzetes vitarendezési kérelem

**Tisztelt Ajánlatkérő!**

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel kapcsolatosan a Kbt. 79. § (1) bek. a) pontja alapján törvényes határidőn belül előzetes vitarendezést kezdeményezünk, a közbeszerzés 1. számú része vonatkozásában.

Az összegezés átvételének ideje: 2014. március 28.

A általunk tett iratbetekintés ideje: 2014. április 1.

A jogsértő eseményről való tudomásszerzés ideje: 2014. április 1. (az iratbetekintés dátuma)

**Az írásbeli összegezés jogsértőnek tartott eleme:**

11. a) pont az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában.

**Az álláspontunkat alátámasztó adatok, tények:**

A 2014. április 1. napján tartott iratbetekintésünk során a közbeszerzési műszaki leírásban tett előírásokhoz képest az alábbi eltéréseket találtuk az Allegro Kft. – Sanamöbel Kft. közös ajánlattevők (a továbbiakban Ajánlattevő) ajánlatában:

- 1.) A Dokumentáció 45. oldalán a Műtői rozsdamentes bútorok közül a nyerges altatószék előírt paramétere a „***gázdugattyús, magasságállítás lábpedállal***” volt.

Az ajánlattevő által megajánlott termék paramétere: „***igen, magasságállítás lábpedállal hidraulikus állítással, amely a gázdugattyús magasságállításnál műszakilag előnyösebb, mivel finomabb fokozatmentes magasságállítást biztosít.***”

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ajánlattevő kifejezetten nem a műszaki leírásnak megfelelő paraméterrel tett ajánlatot, ezért az ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja értelmében érvénytelennek kell nyilvánítani.

- 2.) A Dokumentáció 50. oldalán a Ferezis ágy előírt paramétere a „*Trendelenburg állítás: min. 15°, illetve az Antitrendelenburg*” volt.

Az ajánlattevő által megajánlott termék paramétere: „*min. 15°. A melléklet gyártói termékprospektusban ezek az értékek Trendelenburg: 14°, illetve Antitrendelenburg: 14°*”.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ajánlattevő kifejezetten nem a műszaki leírásnak megfelelő paraméterrel tett ajánlatot, ezért az ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja értelmében érvénytelennek kell nyilvánítani.

- 3.) A Dokumentáció 90. oldalán az Éjjeliszekevény előírt paramétere a „*Gördíthető talpazata öntött kemény könnyűfém ötvözet vagy rm. acél szerkezetű 4 ikerkerékkel, ütköző görgőkkel a sarkokon*” volt.

Az ajánlattevő által megajánlott termék paramétere: „*Igen, gördíthető talpazat, rozsdamentes acélszerkezetű, 4 db ikerkerékkel, ütköző görgőkkel a sarkokon*”. A mellékelt gyártói prospektus szerint a megajánlott éjjeliszekevény talpazata **porfestett acélból** készül.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ajánlattevő kifejezetten nem a műszaki leírásnak megfelelő paraméterrel tett ajánlatot, ezért az ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja értelmében érvénytelennek kell nyilvánítani.

- 4.) A Dokumentáció 95. oldalán az Ágyazó kocsi előírt paramétere a „**Krómozott acél váz**” volt.

Az ajánlattevő által megajánlott termék paramétere: „*Igen, magasabb minőségű rozsdamentes váz*”

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ajánlattevő kifejezetten nem a műszaki leírásnak megfelelő paraméterrel tett ajánlatot, ezért az ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja értelmében érvénytelennek kell nyilvánítani.

### **Javaslatunk:**

Az eljárás jogszerűségének biztosítása érdekében, valamint az európai uniós források felhasználása során feltárt esetleges auditkockázatainak elkerülése érdekében kérjük az Ajánlatkérőt, hogy az eljárást lezáró döntését a Kbt. 78. § (1) bekezdésében adott jogosultság alapján akként változtassa meg, úgy hogy az Allegro Kft. – Sanamöbel Kft. közös ajánlattevők ajánlatát a fenti indokok alapján nyilvánítsa érvénytelennek és az Office Depot Hungary Kft. és Quick-Tech Kft. közös ajánlattevők ajánlatát nyilvánítsa nyertes ajánlatnak a közbeszerzés 1. számú része vonatkozásában.

**Kérjük az Ajánlatkérőt, hogy kérelmünkkel kapcsolatos álláspontjáról az alábbi elérhetőségeken adjon tájékoztatást:**

Név:Frindt ZSolt

Cím:Bp.1146 Szabó József utca 6.

E-mail cím:zsolt.frindt@officedepot.hu

Fax:+36-401-55-66-55

Kelt: Budapest, 2014. április 2.

Tisztelettel: Frindt Zsolt

---

Office Depot Hungary Kft. és  
Quick-Tech Kft. közös  
ajánlattevők képviselőjében